

# TOXOCARA CANIS

## Prueba inmunoenzimática para el diagnóstico de la toxocarosis humana

96 pruebas inmunoenzimáticas en pocillos individuales destinadas para el uso diagnóstico in vitro y para el uso profesional en el laboratorio

Instructivo de uso para el artículo N° 9200  
N° CE: H-CH/CA01/IVD/01755



### Utilización destinada del producto:

El kit Bordier Toxocara canis ELISA está destinado a la detección cuantitativa de anticuerpos IgG contra *Toxocara canis* en suero humano. La serología constituye una ayuda para el diagnóstico y no se puede utilizar como el único método de diagnóstico.

### Antecedentes:

La toxocarosis es una zoonosis mundial causada por *Toxocara canis*, un nematodo parásito de perros o *T. mystax* de gatos. Los humanos pueden infectarse al ingerir accidentalmente huevos embrionados de *Toxocara*. Tras la eclosión intestinal, las larvas de *Toxocara* pueden migrar a una amplia variedad de tejidos, incluidos el hígado, los pulmones, los músculos, el cerebro o los ojos. La mayoría de las personas infectadas no presentan ningún síntoma. Sin embargo, en algunos casos, las larvas migratorias pueden inducir al síndrome de Larva Migrans Visceral (LMV) o al de Larva Migrans Ocular (LMO). El diagnóstico se basa en la presencia de signos de LMV (eosinofilia, fiebre, tos, dolor abdominal, hepatomegalia y erupción cutánea) o LMO (problemas oculares), los antecedentes de exposición y un resultado positivo mediante pruebas serológicas.

### Principio de la prueba y presentación:

El kit contiene todo el material necesario para efectuar 96 pruebas inmunoenzimáticas de adsorción (Prueba ELISA). Se realiza en pocillos separables de microtitulación sensibilizados con antígenos excretados/segregados (E/S) de larvas de *Toxocara canis*. Los anticuerpos específicos en la muestra se unirán a estos antígenos y el lavado eliminará los anticuerpos inespecíficos. La presencia de anticuerpos específicos contra el antígeno parasitario es detectada mediante un conjugado proteína A - fosfatasa alcalina. Una segunda etapa de lavado eliminará el conjugado no unido. El revelado de los anticuerpos unidos se realiza mediante la adición de sustrato pNPP que se torna amarillo en presencia de fosfatasa alcalina. La intensidad del color es proporcional a la cantidad de anticuerpos específicos de *Toxocara canis* en la muestra. El fosfato potásico se añade para parar la reacción. La densidad óptica a 405 nm se lee con un lector de microplacas ELISA.

La prueba se puede realizar con sistemas automáticos, pero esto debe ser validado por el usuario.

### Material que contiene el kit (96 pruebas):

<b>WELL</b>	9200-01	Pocillos sensibilizados con antígenos E/S de <i>Toxocara canis</i>	96	pocillos
<b>DILB</b>	9200-02	Tampón de dilución (concentrado 10 x), de color morado	50	ml
<b>WASH</b>	9200-03	Solución de lavado (concentrado 10 x)	50	ml
<b>ENZB</b>	9200-04	Tampón de la enzima	50	ml
<b>STOP</b>	9200-05	Solución de parada (K <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 0,5M)	25	ml
<b>CONTROL</b> -	9200-06	Suero de control negativo (20 x), tapón verde	200	μl
<b>CONTROL</b> -/+	9200-07	Suero de control débilmente positivo (Cut off, 20 x), tapón amarillo	200	μl
<b>CONTROL</b> +	9200-08	Suero de control positivo (20 x), tapón rojo	200	μl
<b>CONJ</b>	9200-09	Conjugado proteína A - fosfatasa alcalina (50 x), tapón morado	300	μl
<b>SUBS</b>	9200-10	Sustrato de la fosfatasa (para-nitrofenil-fosfato)	20	tabletas
		Reservorio de reactivos para pipeta multicanal 25ml	1	pieza
		Cuadro para el soporte de los 8 pocillos de ELISA	1	cuadro

**Periodo de validez y conservación:**

Conservar el kit entre 2° y 8°C (transportar a temperatura ambiente), evitar la exposición a largo plazo de los componentes a la luz directa. La fecha de caducidad y el número de lote del kit están impresos en un lado de la caja. Después de la apertura inicial, todos los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad siempre y cuando se almacenen a 2-8°C.

**Material necesario no incluido en el kit:**

Pipetas (µl y ml). Recipientes. Tubos de dilución. Lámina adhesiva para cubrir los pocillos durante la incubación. Agua destilada. Incubadora a 37°C. Lector ELISA ajustado a una longitud de onda de 405 nm. Equipo manual o automático para enjuagar los pocillos. Mezclador Vortex. Temporizador.

**Preparación de reactivos antes de la utilización:**

Ponga todos los reactivos a temperatura ambiente y agítelos antes de usar.

**Pocillos sensibilizados:** abrir el lado de la bolsa de aluminio 9200-01 y tomar la cantidad necesaria de pocillos (uno para el blanco, tres para los controles más el número de muestras). Poner los pocillos sensibilizados en el soporte de 8 pocillos. Si es necesario, completar las posiciones no utilizadas en el soporte con pocillos ya utilizados. Disponer el/los soporte/s en el cuadro respetando la orientación. Mantenga los pocillos no utilizados sellados en la bolsa con el desecante.

**Tampón de dilución:** diluir el tampón de dilución concentrado 10 x 9200-02, 1/10 en agua destilada. Esto se usa para la dilución de los controles, las muestras y el conjugado. El tampón de dilución es estable durante 2 meses a 2-8°C.

**Solución de lavado:** diluir la solución de lavado concentrado 10 x 9200-03, 1/10 en agua destilada. Si usted desea utilizar su propia solución de lavado, evite tampones que contienen fosfato, lo cual podría inhibir la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina. La solución de lavado diluida es estable durante 2 meses a 2-8°C.

**Sueros de control:** diluir 10 µl de cada suero de control 9200-06 a -08 en 190 µl de tampón de dilución (dilución final: 1/20). Los sueros de control diluidos son estables durante 2 meses a 2-8°C.

**Conjugado:** diluir el conjugado 9200-09, 1/50 utilizando el tampón de dilución. Diluya el conjugado el día de la prueba. No almacene el conjugado diluido.

**Solución de sustrato:** disolver la cantidad necesaria de tabletas de sustrato 9200-10 en el tampón de la enzima 9200-04 no diluida (una tableta en 2.5 ml de tampón). Mezclar bien hasta que la tableta se haya disuelto. Diluya el sustrato el día de la prueba y proteja el tubo de la luz directa. Las tabletas y soluciones de sustrato deben ser incoloras o deben tener solo un ligero matiz amarillo. Si una tableta o una solución de sustrato se vuelve amarilla, es posible que se haya hidrolizado parcialmente y se deba desechar. No almacene la solución de sustrato.

**Solución de parada:** utilizar el reactivo 9200-05 no diluido.

**Recogida y preparación de muestras:**

Use suero humano. El suero debe almacenarse a 2-8°C si se analiza en unos pocos días; de lo contrario, consérvelo a -20°C o menor. Evite congelar y descongelar repetidamente las muestras. Agite las muestras en el vórtex y diluya a 1/201 en solución de tampón de dilución (por ejemplo 5 µl de muestra en 1,0 ml).

**Precauciones de uso:**

Los compuestos tóxicos se encuentran en las siguientes concentraciones:

Componente	Referencia	Acida sódica (Na <sub>2</sub> N <sub>3</sub> )	Tiomersal
Tampón de dilución (10 x)	9200-02	0,1 %	0,02 %
Solución de lavado (10 x)	9200-03	0,05 %	/
Tampón de la enzima	9200-04	0,01 %	/
Sueros de control (20 x)	9200-06 a -08	0,1 %	0,02 %
Conjugado (50 x)	9200-09	0,1 %	/

En las concentraciones utilizadas, la acida sódica y el tiomersal no presentan ningún riesgo toxicológico en contacto con la piel y las mucosas.

- La solución de parada 9200-05 (0.5 M  $K_3PO_4$ ) es irritante
- Los sueros de control negativo, cut off y positivo (9200-06 a -08) son sueros de conejo.
- Trate todos los reactivos y las muestras como material potencialmente infeccioso.
- No intercambie reactivos de diferentes lotes o kits Bordier ELISA.
- No use reactivos de otros fabricantes con reactivos de este kit.
- No use reactivos después de su fecha de caducidad.
- Cierre los viales de reactivo firmemente después de su uso y no intercambie los tapones de rosca para evitar la contaminación.
- Use puntas de pipetas diferentes y limpias para cada muestra.
- No reutilice los micropocillos.

### **Consideración relativa a la eliminación**

---

Todos los materiales utilizados para esta prueba generalmente se consideran residuos peligrosos. Consulte las leyes y las reglamentaciones nacionales para la eliminación de residuos peligrosos.

### **Procedimiento:**

---

Durante el análisis, evite la formación de burbujas en los pocillos.

#### **Etapa 1: Bloqueo:**

Llenar completamente los pocillos con la solución de tampón de dilución.

Incubar 5 a 15 minutos a temperatura ambiente (bloqueo de los pocillos).

Eliminar el tampón de dilución por aspiración o sacudiendo el soporte con los pocillos en el lavabo.

#### **Etapa 2: Incubación con las muestras a analizar:**

Llenar el primer pocillo de la tira con 100  $\mu$ l de tampón de dilución (Blanco sin suero).

Llenar los 3 pocillos siguientes con 100  $\mu$ l de suero negativo, débilmente positivo (cut off) y suero positivo respectivamente. Para el análisis de más de 25 muestras, recomendamos llenar los tres últimos pocillos con suero de control como duplicado.

Llenar los otros pocillos con las muestras diluidas (100  $\mu$ l).

Cubrir los pocillos con un film adhesivo e incubar 30 minutos a 37°C.

Eliminar los sueros y lavar 4 veces con ~ 250  $\mu$ l de la solución de lavado.

#### **Etapa 3: Incubación con el conjugado:**

Distribuir 100  $\mu$ l de conjugado diluido en cada pocillo (incluido el pocillo blanco, sin suero).

Cubrir los pocillos con una lámina adhesiva e incubar 30 minutos a 37°C.

Eliminar el conjugado y lavar 4 veces con ~ 250  $\mu$ l de la solución de lavado.

#### **Etapa 4: Incubación con el sustrato:**

Distribuir 100  $\mu$ l de la solución del sustrato en cada pocillo.

Cubrir los pocillos con una lámina adhesiva e incubar 30 minutos a 37°C.

Parar la reacción en adicionando 100  $\mu$ l de la solución de parada a cada pocillo.

#### **Etapa 5: Medida de la densidad óptica:**

Si fuera necesario, limpiar la parte inferior externa de los pocillos con un papel absorbente y eliminar las burbujas de aire. Proceder a la lectura de la densidad óptica (DO absorbencia) a una longitud de onda de 405 nm 1 hora después de la adición de la solución de parada.

### **Interpretación:**

---

Sustraer el valor obtenido del pocillo blanco sin suero de todos los otros valores medidos. Cuando corresponda, calcule los valores medios de densidad óptica de los sueros de control duplicados. La prueba es válida si los tres criterios siguientes se cumplen:

- DO del control positivo > 1.200
- DO del control negativo < 8 % del control positivo
- DO del blanco < 0.350

Los controles de calidad de los lotes actuales se encuentran publicados en sitio web: [www.bordier.ch](http://www.bordier.ch).

La concentración en anticuerpos del suero débilmente positivo 9200-07 ha sido ajustado para permitir una distinción óptima entre los sueros de casos clínicos de toxocarosis y los sueros de sujetos sanos. El índice límite de una muestra se define, después de la sustracción del pocillo blanco sin suero, como:

$$\text{Índice} = \frac{\text{Densidad óptica de la muestra}}{\text{Densidad óptica del suero cut off}}$$

El resultado es **negativo** cuando el índice del suero a analizar es menor de 1,0. En este caso la concentración de anticuerpos IgG dirigidos contra los antígenos E/S de *Toxocara canis* no tiene una significación clínica.

El resultado es **positivo** cuando el índice del suero a analizar es mayor de 1,0. En este caso la concentración de anticuerpos IgG dirigidos contra los antígenos E/S de *Toxocara canis* es considerado como clínicamente significativo. Indica que el paciente ha estado en contacto con el parásito. Cada laboratorio podría definir una zona gris en función de su población de pacientes. En caso de resultados ambiguos o dudosos, recomendamos repetir la prueba 2-4 semanas después con una muestra fresca.

### Sensibilidad y especificidad:

Se detectó una sensibilidad del 91% en el suero de 78 pacientes con sospecha clínica de toxocarosis. La especificidad de la reacción en 500 donadores suizos de sangre es de 96%. Se detectó una especificidad del 98% en el suero de 500 niños hospitalizados suizos (no para toxocarosis).

### Interferencias:

La evaluación interna demostró que los sueros hemorrágicos, lipémicos o ictericos no interfieren con los resultados de la prueba.

### Precisión:

La repetitividad ha sido evaluada analizando 2 sueros humanos en 24 pocillos de una placa en una prueba única. La reproducibilidad ha sido evaluada analizando estas 2 muestras precitadas en 10 pruebas diferentes.

	Repetitividad		Reproducibilidad	
	Muestras 1	Muestras 2	Muestras 1	Muestras 2
Media (densidad óptica)	1.067	2.383	0.960	2.152
Desviación estándar (densidad óptica)	0.043	0.110	0.038	0.063
Coefficiente de variación (%)	4.0	4.6	4.0	2.9

### Limitaciones:

Se detectó una especificidad del 86% en 199 sueros de pacientes con otras infecciones parasitarias. La reactividad cruzada ocurre principalmente en pacientes con triquinosis, fasciolosis, amebosis y estrongiloidosis.

El diagnóstico de una enfermedad infecciosa no debe establecerse basándose en los resultados de una única prueba. Un diagnóstico preciso debe tener en cuenta la situación endémica, la historia clínica, la sintomatología, las imágenes y los datos serológicos.

En pacientes inmunodeprimidos y recién nacidos, los datos serológicos tienen un valor limitado.

### Bibliografía:

Jacquier, P., Gottstein, B., Singelin, Y. and Eckert, J. (1991) Immunodiagnosis of Toxocarosis in Humans: Evaluation of a New Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Kit. J. Clin. Microbiol. **29**, 1831-1835.

Radman, N.E., Archelli, S.M., Fonrouge, R.D., Guardis, M.V. and Linzitto, O.R. (2000) Human Toxocariasis. Its seroprevalence in the city of La Plata. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. **95**, 281-285.

Jin, Y., Shen, C., Huh, S., Sohn, W-M., Choi, M-H. and Hong, S-T. (2013) Serodiagnosis of Toxocariasis by ELISA Using Crude Antigen of *Toxocara canis* Larvae. Korean J. Parasitol. **51**, 433-439.

Rudzinska, M., Kowalewska, B. and Sikorska, K. (2016) Clinical usefulness of western blotting and ELISA avidity for the diagnosis of human toxocariasis. Parasite Immunology **39**.

Kim, H.B., Seo, J.W., Lee, J.H., Choi, B.S. and Park, S.G. (2017) Evaluation of the prevalence and clinical impact of toxocariasis in patients with eosinophilia of unknown origin. Korean J. Intern. Med. **32**, 523-529.



**BORDIER AFFINITY PRODUCTS SA**  
Biokema building, Chatanerie 2, CH-1023 Crissier, Switzerland.  
Phone: + 41 21 633 31 67, Fax: + 41 21 633 31 78, www.bordier.ch

